

MINI JAR TEST

Model MJR 4A



เครื่องทดสอบการตกตะกอน โดยวิธี Jar Test

- โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสสตีล
- Beaker ผลิตจากอคริลิก พร้อมเส้นบอกระดับ
- ขนาดเล็กมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวก
- สามารถปรับรอบได้ตั้งแต่ 10 ถึง 300 รอบต่อนาที
- แรงบิดสูง แม้ทำงานที่รอบต่ำ
- หัวใบพัดสามารถถอดทำความสะอาดได้
- พร้อมกระเป่าบรรจุ เครื่องและอุปกรณ์ทดสอบ
- แข็งแรง ทนทาน ใช้งานง่าย

คุณลักษณะ:	รายละเอียด
ขนาดกระเป๋า	210 x 435 x 270 มม. (กวxยxส)
ขนาดเครื่อง	100 x 395 x 213 มม. (กวxยxส)
ปริมาตรน้ำตัวอย่าง	4 x 500 ml.
ความเร็วรอบ	10 ถึง 300 รอบต่อนาที
Speed Control	ปรับรอบแบบปุ่มหมุน และสวิตช์ปิดเปิดเครื่อง
น้ำหนัก	6.7 กก.
Power	220 VAC 50 Hz (with Adaptor) .or. 24 VDC 1A

ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา



แข็งแรง ใช้งานง่าย



ถอดใบพัด

ทำความสะอาด



Comfortable for On-Site Testing



Order No.	Description
MJR4A-CP	Complete set of Mini Jar Test , Model MJR4A
MJR4A	Mini Jar Test + Adaptor
MJR4A-SP016	Acrylic Beaker 500 ml
MJR4A-SP027	Aluminium Case for Mini Jar Test



ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท ผลิตเครื่องมือวัดและทดสอบ จำกัด
Email : info@parlitiinstrument.co.th
www.parlitiinstrument.co.th